T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

REPUBLIC OF TÜRKİYE MINISTRY OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY

METROLOJİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DG FOR METROLOGY AND INDUSTRIAL PRODUCTS SAFETY

ULUSAL TİP ONAY BELGESİ

NATIONAL TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Düzenlenme Tarihi / *Issuing Date* : 03/09/2026

Belge No / *Certificate No*: TP-K.1-260824-91886 **Geçerlilik Tarihi** / *Valid Until* : 11/06/2036

Bu belge; aşağıda belirtilen bilgilere istinaden 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa dayanılarak, 17.10.2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenmiştir. / *This certificate has been issued by Ministry in accordance with the information stated below, based on Measures and Adjustment Law numbered 3516 and the Law on Product Safety And Technical Regulations numbered 7223 in accordance with the provisions of the "Measurement and Measuring Instruments Type Approval Regulation" published in the Official Gazette dated 17.10.2008 and numbered 27027.*

Firma Adı / *Company Name* : Gasgrup Enerji Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Firma Adresi / *Company Address* : Cumhuriyet Mah. Mermer Sokak No:12 Kartal / İstanbul
Telefon / *Phone* : (0216) 415 57 65
Ölçüm Cihazı / *Measuring Instrument* : Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçüm Cihazı
Markası / *Trademark* : Stokair
Modeli, Tipi / *Model, Type* : Gripper
Mevzuatı veya Standardı / *Regulation or Standard* : -

İlgili Belgeler / *Related Documents*

- Ulusal Tip Onay Belgesi/*National Type Aprroval Certificate*: Sayı/*Dispatch number:* 7327/2026, Tarih/*Date:* 11.06.2026, Model Onay No/*Model Approval No:* 245.30.26.3.10, Düzenleyen Otorite/*Issuing Authority:* Portekiz Kalite Enstitüsü, I.P.

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

Model / *Model*	Birim / *Unit*	Gripper
Tanım / *Definiton*		Motorlu araç lastik basınç manometresi
Çalışma aralığı / *Operating range*	bar psi	0-10 0-145
Azami basınç / *Maximum pressure*	bar psi	10 145
Asgari basınç / *Minimum pressure*	bar psi	0,2 3
Ölçek aralığı / *Scale range*	bar psi	0,2-10 3-145
En küçük bölüntü (görülebilir) / *Minimum scale division (visible)*	bar psi	0,1 1,45
En küçük bölüntü (dahili) / *Minimum scale division (internal)*	bar psi	0,01 0,145


Yukarıda tüm özellikleri belirtilen ölçü aletinin, ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmak üzere kontrole arz edilmesi gerekmektedir. / *The measuring instrument whose features are specified above, must be placed on the market the inspection procedures, inspection marks and/or stamping procedures specified in the relevant technical regulation.*

İMZALANDI
07/09/2026

Damga Planı / *Sealing Plan*




Resim 1: Gripper Model Önden Görünüm



Şekil 1: Damga Planı



Resim 2: Ürün Etiketi Uygulama Yeri (Cihaz Arkası)



Şekil 2: Kullanılacak Damga

Revizyon Tarihçesi / *Revision Reasons*

-

Ekler / *Annexes*

-

Hasan Hüseyin MUTLU
Bakan a. / *On Behalf of the Minister*
Genel Müdür Yrd. / *Deputy Director General*

e-imzalıdır
e-signed

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmış olup, belgenin aslının doğrulanması ve görüntülenmesi https://metroloji.sanayi.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu belgenin verilmesine esas olan bilgi ve belgeler ile ölçü aletinin teknik özelliklerinde değişiklik olması durumunda bu değişikliğin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. *This document has been signed using a secure electronic signature. The authenticity of the original document may be verified and accessed via https://metroloji.sanayi.gov.tr. In case of a change in the information and documents that are the basis for the issuance of this document and the technical specifications of the measuring device, this change must be reported to the Ministry.*